



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Konstantynów 17.09.2020r.

Zamawiający:

## **Powiat Bialski**

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

## **Dom Pomocy Społecznej**

**ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę sprzętu medycznego w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej**”

W dniu 17.09.2020r. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie wpłynęły zapytania dotyczące części I następującej treści:

### **Pytania**

#### **Cześć nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą o wymiarach 600 x 1270 x 600 mm?

#### **ODPOWIEDŹ: Tak**

2. Proszę o określenie wymiarów maty bakteriobójczej. Maty występują w różnych rozmiarach.

#### **ODPOWIEDŹ: Wymiary maty 60x90**

3. Czy Zamawiający dopuści inhalator-nebulizator o rozmiarze cząsteczek MMAD: 3,20 um?

#### **ODPOWIEDŹ: Tak**

4. Proszę o więcej informacji o fotelu mobilnym.

**ODPOWIEDŹ:** Wielofunkcyjny fotel do długotrwałego przebywania przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychofizycznymi. Zwrotne koła (przednie i tylne) pozwalające na łatwe manewrowanie fotelem nawet w trudnych warunkach (wąskie i ciasne pomieszczenia). Oparcie pleców i regulowane podparcie dla nóg, tapicerowane



*podłokietniki oraz podparcia pod stopy (podnóżki) z możliwością odchylenia i zmiany wysokości.  
Możliwość ustawienia pacjenta w fotelu w pozycjach: siedzącej, leżącej, półsiedzącej.*

5. Czy Zamawiający dopuści jako fotel mobilny fotel do masażu o udźwigu do 136 kg, mocy 75 W oraz bez kółek?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

6. Czy Zamawiający dopuści oddzielny wózek specjalistyczny dla osób z porażeniem czterokończynowym o obciążeniu do 130 kg, szerokość użytkowa siedziska od 39 cm – 55 mm i szerokości całkowitej od 59 cm do 74 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

7. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy do 150 kg?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

8. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy do 180 kg?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

9.

10. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy o regulacji dna wanny 47,5 cm – 86 cm oraz wysokości całkowitej 81,5 cm – 120 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

11. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy o konstrukcji konstrukcja stalowa – kolor biały (lakierowana proszkowo) oraz z barierkami bocznymi i szczytami ze stali nierdzewnej INOX?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

11. Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy o podanych parametrach:

- Łóżko - wózek do kąpieli pacjentów;
- Wykonany ze stali nierdzewnej;
- Mycie i dezynfekcja wózka (termiczna i chemiczna) o poniższych parametrach:
  - mycie i dezynfekcja wodą ciepłą o temp.95°C i ciśnieniu do 5bar,
  - dezynfekcja środkami do maszynowej dezynfekcji chemicznej w temp.60°C,
  - suszenie gorącym powietrzem w temperaturze do 90°C,
- Leże wodoodporne wyposażone w wannę z regulowaną długością odpływu. Wykonane z tworzywa typu EVA o gładkiej strukturze;
- Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej;
- Leże wyposażone w składane barierki boczne;
- Wózek wyposażony w 4 koła jezdne, skrętne z blokadą obrotu na 2 kołach, posiadające bieżnik gładki, elastyczny z gumy, nie



pozostawiający śladów na posadzkach żywiczno-epoksydowych.  
Średnica kół 125 mm;

- Cztery gumowe odboje umieszczone w narożach leża;  
Długość: 1920 mm

Szerokość: 760 mm

Regulacja wysokości: 600 – 830 mm

### **ODPOWIEDŹ: Tak**

#### **Pytania**

##### **Cześć nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści podnośnik o poniższych parametrach:

Podnośnik do łatwego manewrowania transportu i podnoszenia niepełnosprawnych. Cechy produktu:

rączka sterująca w kształcie litery „U”

wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa,

bardzo łatwy montaż,

sterowanie elektryczne

jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny,

wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii,

siłownik certyfikowanego producenta,

koła przednie obrotowe,

koła tylne wyposażone w hamulec,


regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedłał nożnego,

W skład podnośnika wchodzi:

- nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku,

- nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli. Parametry techniczne:



Dopuszczalny ciężar użytkownika	180 kg 
Długość	1200 mm
Szerokość	655 mm
Wysokość	1330 mm
Maksymalny rozstaw ramion	765 mm
Zakres podnoszenia	550 – 1680 mm
Maks. szybkość podnoszenia	31 mm/s
Moc wejściowa	24 V
Silnik	24V/8000N
Hałas	65dB(A)
Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania	30% - 70%
Temperatura przechowywania i użytkowania	+1°C - +40°C

**ODPOWIEDŹ: Tak**

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Konstantynowie  
  
Sylwia Horodecka